



ОсОО Агрохолдинг «Сазановский»

Область аккредитации

Производственная лаборатория

УТВЕРЖДАЮ

Директор КЦА

Ахмеджанова А.Т.

М.П.

подпись, расшифровка подписи

Приложение к аттестату аккредитации

№

от «___» _____ 201__ г.

Область аккредитации
производственной лаборатории ОсОО Агрохолдинг «Сазановский»

Т	Наименование объектов испытаний	Обозначение документа на продукцию, нормативы	Наименование видов испытаний/определяемых показателей и отбора образцов	Обозначение документа на методы испытаний/определяемых	Диапазон измерений, ед. измерений*
1	2	3	4	5	6
1	Сырье для соков фруктовых	ТР ТС 023/2011	Отбор проб Подготовка проб к анализам	ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014	

Генеральный директор ОсОО Агрохолдинг «Сазановский»
М.П.

подпись

Алякин В.Ю.

Заведующая ЦЛ ОсОО Агрохолдинг «Сазановский»

подпись

Макаренко Ж.М.

Номер издания - 2

Установленная ОА

Дата введения

26.05.2023

Страница 1 из 4

Приложение к аттестату аккредитации
№ _____
от « _____ » _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6
1	(яблоки свежие, группы свежие ранних и поздних сроков созревания, сок облепихи .)	ГОСТ 27572, ГОСТ 21714, ГОСТ 21713, ГОСТ 21832, ГОСТ 21922 и др.	Определение массовой доли растворимых сухих веществ в соке плодов Титруемая кислотность Определение pH	ГОСТ 34128-2017 (рефрактометрия) ГОСТ 34127- 2017(потенциометрия) ГОСТ 26188-16 (pH- метрия)	От 2 до 80 % 0,1% -35 % 2-12 ед.pH -



Генеральный директор
ОАО Агрохолдинг «Сазановский»
И.П. _____
Алякин В.Ю.

Номер издания-2

Установленная ОА

Дата введения

26.05.2023

Страница 4 из 4

Заведующая ЦЛ
ОАО Агрохолдинг «Сазановский»

подпись Макаренко Ж.М.

1	2	3	4	5	6
2	Соки фруктовые прямого отжима неосветлённые (Сок из яблок прямого отжима, Сок из яблок и груш прямого отжима, Сок из яблок и облепихи прямого отжима)	ТР ТС 023/2011 , ТР ТС 021/2011 ГОСТ 32101-2013	Отбор проб: Подготовка проб для определения физико-химических показателей	ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 26671-2014 ГОСТ 34128-2017 (рефрактометрия)	- От 2 до 80 %
			Определение массовой доли растворимых сухих веществ,		
			Определение массовой доли титруемых кислот	ГОСТ 34127-2017 (потенциометрия)	От 0,1% до 35 %
			Определение pH.	ГОСТ 26188-16 (pH-метрия)	2-12 ед. pH
			Определение объема потребительской упаковки	ГОСТ 8756.1-17	литр



Генеральный директор
ОАО Агрохолдинг «Сазановский»
М.П. _____
подпись _____
Алякин В.Ю.

Номер издания-2

Установленная ОА

Дата введения

26.05.2023

Страница 4 из 4

Заведующая ПЛ
ОАО Агрохолдинг «Сазановский»

подпись _____
Макаренко Ж.М.

Приложение к аттестату аккредитации
 № _____
 от « _____ » _____ 20__ г.

1	2	3	4	5	6
3	Вода питьевая из крана	Технически й регламент «О безопаснос ти питьевой воды» ТР КР 34 От 30.05.11	Отбор проб Подготовка проб к анализу Определение рН	ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ ISO10523-17 (рН-метрия)	- 2-12 ед.рН
			Определение общей жесткости	ГОСТ 31954-2012 (комплексометрическим методом)	От 0,1 до 14 °Ж

Генеральный директор
 АО «Сазановский
 агрохолдинг»
 М.П. _____
 подписать
 Алякин В.Ю.

Заведующая ПЛ
 ОсОО Агрохолдинг «Сазановский»

 подписать
 Макаренко Ж.М.

